

2025年医疗器械经营使用单位日常监督检查结果公示（9月）						
序号	被检查单位	检查时间	检查事项	检查人员	检查结果	备注
1	霍尔果斯市伊车噶善锡伯族乡卫生院	2025. 8. 29	许可证执行情况和购销渠道情况；人员管理；购销情况；仓储管理；出库与运输；使用、维护；不良反应	马浩能，阿力腾布鲁克	立案调查	急救室使用未经注册的医疗器械、使用超过使用期限的医疗器械
2	霍尔果斯市伊车乡郑传印西医诊所	2025. 8. 29	许可证执行情况和购销渠道情况；人员管理；购销情况；仓储管理；出库与运输；使用、维护；不良反应	马浩能，阿力腾布鲁克	符合	
3	霍尔果斯市格干沟卫生院	2025. 9. 1	许可证执行情况和购销渠道情况；人员管理；购销情况；仓储管理；出库与运输；使用、维护；不良反应	马浩能，阿力腾布鲁克	符合	
4	霍尔果斯市第三幼儿园	2025. 9. 3	许可证执行情况和购销渠道情况；人员管理；购销情况；仓储管理；出库与运输；使用、维护；不良反应	马浩能，阿力腾布鲁克	已整改完毕	1. 未做温湿度记录
5	霍尔果斯市第二幼儿园	2025. 9. 3	许可证执行情况和购销渠道情况；人员管理；购销情况；仓储管理；出库与运输；使用、维护；不良反应	马浩能，阿力腾布鲁克	已整改完毕	1. 无温湿度计及温湿度记录； 2. 医疗器械未分区。
6	霍尔果斯市第一幼儿园	2025. 9. 3	许可证执行情况和购销渠道情况；人员管理；购销情况；仓储管理；出库与运输；使用、维护；不良反应	马浩能，阿力腾布鲁克	已整改完毕	1. 未设置医疗器械区，一类、二类、三类医疗器械未分类存放；2. 消毒用品、医疗器械、药品混合摆放；3. 未建立医疗器械采购、进货查验、储存、养护制度及登记台账；4. 无温湿度计及温湿度记录。
7	霍尔果斯市职业技术学校	2025. 9. 3	许可证执行情况和购销渠道情况；人员管理；购销情况；仓储管理；出库与运输；使用、维护；不良反应	马浩能，阿力腾布鲁克	已整改完毕	1. 医疗器械未分区储存；2. 消毒用品、医疗器械、药品混合摆放；3. 未建立医疗器械采购、进货查验、储存、养护制度及登记台账；4. 无温湿度计及温湿度记录。
8	新疆安诺达药业有限公司	2025. 8. 27	许可证执行情况和购销渠道情况；人员管理；购销情况；仓储管理；出库与运输；使用、维护；不良反应	马浩能，阿力腾布鲁克	已整改完毕	1. 质量负责人马福兰培训不到位；2. 现场未见质量负责人3年工作经历资料。
9	新疆利诺达药业有限公司	2025. 8. 27	许可证执行情况和购销渠道情况；人员管理；购销情况；仓储管理；出库与运输；使用、维护；不良反应	马浩能，阿力腾布鲁克	已整改完毕	1. 器械常温库温湿度超限
10	新疆禾美智创电子科技有限公司	2025. 8. 27	许可证执行情况和购销渠道情况；人员管理；购销情况；仓储管理；出库与运输；使用、维护；不良反应	马浩能，阿力腾布鲁克	已整改完毕	1. 库管不在岗， 未做温湿度记录；2. 经营场所无质量部等部门划分。
11	新疆禾美智创电子科技有限公司	2025. 9. 4	许可证执行情况和购销渠道情况；人员管理；购销情况；仓储管理；出库与运输；使用、维护；不良反应	马浩能，阿力腾布鲁克	已整改完毕	1. 计算机系统部分功能不完善；2. 人员培训不到位；3. 随货同行单未见。
12	新疆十一堂药业有限公司	2025. 9. 4	许可证执行情况和购销渠道情况；人员管理；购销情况；仓储管理；出库与运输；使用、维护；不良反应	马浩能，阿力腾布鲁克	已整改完毕	1. 库存万通筋骨贴批号与计算机系统库存不一致
13	霍尔果斯市云上购便利店	2025. 8. 26	许可证执行情况和购销渠道情况；人员管理；购销情况；仓储管理；出库与运输；使用、维护；不良反应	马浩能，阿力腾布鲁克	立案调查	1. 从事第二类医疗器械经营未向市级药品监督管理部门备案；2. 从事第二类医疗器械网络销售未向市级药品监督管理部门报告。
14	霍尔果斯市张英医药药店	2025. 8. 29	许可证执行情况和购销渠道情况；人员管理；购销情况；仓储管理；出库与运输；使用、维护；不良反应	马浩能，阿力腾布鲁克	符合	
15	伊犁大众医药连锁有限责任公司霍尔果斯市第七十八分店	2025. 9. 2	许可证执行情况和购销渠道情况；人员管理；购销情况；仓储管理；出库与运输；使用、维护；不良反应	马浩能，阿力腾布鲁克	符合	
16	霍尔果斯赛康恩医药有限责任公司	2025. 9. 3	许可证执行情况和购销渠道情况；人员管理；购销情况；仓储管理；出库与运输；使用、维护；不良反应	马浩能，阿力腾布鲁克	已整改完毕	1. 医疗器械未分类贮存